収　録

HandyMate

脳波計としての機能をフルに搭載した簡単収録プログラム



全画面表示



8種類の
モンタージュを登録

AV電極設定



SD（ソースデリベーション）設定



収録基本画面

ここで収録の開始から各種イベント入力、モンタージュ切り替え、光刺激、過呼吸刺激のコントロールが行えます。





過呼吸刺激設定



収録条件設定画面

収録は電極単位、モンタージュの2種類から選択可能です。またデータの収録先は本体またはパソコンへ可能で収録可能時間が表示されます。

光刺激設定